

# 第43回九州精度管理研究会精度管理調査

免疫部門：輸血個別報告書

施設No	施設名
8004	琉球大学医学部附属病院

施設No 期待値 8004	ABO血液型			RnD判定 D陽性	不規則抗体 判定		抗体名 抗S	交差適合試験			総合評価 A,B,C,D	コメント
	オモテ判定 A	ウラ判定 A	総合判定 A		陽性	陰性		A	B	C		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

○：正解    △：許容範囲回答    ×：輸血過誤

A評価	正解	誤回答はなく、今回の輸血では過誤を起こさない
B評価	正解	誤回答はなく、今回の輸血では過誤を起こさないが結果が不十分
C評価	許容回答	誤回答はあったが、今回の輸血では過誤を起こさない
D評価	輸血過誤	血液型間違いや、交差適合試験判定ミスで輸血過誤を引き起こす

## 梅毒・HBs抗原・HCV抗体検査 施設別評価

梅毒TP抗体	
試料41	試料42
評価 A	評価 A

HBs抗原		
試料43	試料44	試料45
評価 A	評価 A	評価 A

HCV抗体		
試料43	試料44	試料45
評価 A	評価 A	評価 A

### 《評価記号について》

評価記号	正解	許容範囲	非許容範囲	不正解	※判定結果にて評価
A	陽性・陰性の判定が正しくできている。	判定保留等	カットオフ値と判定結果に乖離が見られる。等	陽性・陰性の判定が正しくできていない。	
B					
C					
D					

### 《梅毒・HBs抗原・HCV抗体検査 コメント》

梅毒	
HBs抗原	
HCV抗体	