

第42回九州精度管理研究会精度管理調査

免疫部門：輸血個別報告書

施設No 8004	施設名 琉球大学医学部附属病院
--------------	--------------------

施設No	ABO血液型		RhD判定	不規則抗体		交差適合試験			総合評価	コメント
	オモ子判定	ウラ判定		総合判定	判定	抗体名	A	B		
期待値	A	A	A	D陽性	抗S	不適合	不適合	適合	A,B,C	
8004	○	○	○	○	○	○	○	○	A	

《評価記号について》

○	正解	A
△	許容回答	B
✖	輸血過誤	C

梅毒・HBs抗原・HCV抗体検査 施設別評価

HBs抗原		
試験料43	試験料44	試験料45
○	○	○
評価		

HCV抗体		
試験料43	試験料44	試験料45
○	○	○
評価		

梅毒TP抗体		
試験料41	試験料42	
○	○	○
評価		

《評価記号について》

※判定結果にて評価	
○	陽性・陰性の判定が正しくできている。
△	判定保留等
▲	測定値とそれから導かれる判定結果に乖離がある。 カットオフ値と判定結果に乖離が見られる。等
×	陽性・陰性の判定が正しくできていない。
*	以下のコメント欄を参照

《梅毒・HBs抗原・HCV抗体検査 コメント》