

## 第41回九州精度管理研究会精度管理調査 免疫血清部門

施設No 8004	施設名 琉球大学医学部附属病院
--------------	--------------------

### 輸血 施設別評価

施設No	ABO血液型		RhD判定	不規則抗体		交差適合試験			総合評価	コメント
	オモテ判定	ウラ判定		総合判定	判定	抗体名	A	B		
期待値	B	B	B	D陽性	抗E	適合	不適合	不適合	A,B,C	
8004	○	○	○	△	○	○	○	○	A	

《評価記号について》

○	正解	A
△	許容回答	B
✖	輸血過誤	C

### 梅毒・HBs抗原・HCV抗体検査 施設別評価

HBs抗原	
試験11	試験12
○	○
評価	

HCV抗体	
試験11	試験12
○	○
評価	

梅毒TP抗体	
試験41	試験42
○	○
評価	

HBc抗体(トリアアル項目)	
試験41	試験42
○	○
評価	

《評価記号について》

○	正解	※判定結果にて評価
△	許容範囲	陽性・陰性の判定が正しくできている。
▲	非許容範囲	判定保留等
×	不正解	測定値とそれから導かれる判定結果に乖離がある。 カットオフ値と判定結果に乖離が見られる。等
*	その他	陽性・陰性の判定が正しくできていない。 以下のコメント欄を参照

《梅毒・HBs抗原・HCV抗体検査 コメント》