

平成22年度(第26回)沖縄県医師会臨床検査精度管理調査 結果

施設名

琉球大学医学部附属病院

殿

【ABO血液型検査】

	正解	貴施設回答
試料51	A型	<u>A型</u>
試料52	O型	<u>O型</u>

【RhD血液型検査】

	正解	貴施設回答
試料51	陽性	<u>陽性</u>
試料52	判定保留	<u>判定保留</u>

【不規則抗体スクリーニング及び同定結果】

	正解	貴施設回答
試料53-S1	陰性 抗体なし	判定 <u>陰性</u> 同定結果 <u>陰性</u>
試料53-S2	陽性 抗D	判定 <u>陽性</u> 同定結果 <u>抗D</u>

【試験管法による凝集判定】

	正解	貴施設回答
試料54-S1	陰性 抗体なし	凝集判定 <u>0</u> 抗体価 <u>陰性</u>
試料54-S2	1+~2+ 2~8倍	凝集判定 <u>2+</u> 抗体価 <u>×2</u>

コメント 全問正解で、良好な結果でした。